BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA

FORMULIR PENGECEKAN UNJUK KERJA ALAT HPLC

Nama Instrumen :
Model/Tipe :
Bulan/Tahun :

No.	Parameter Unjuk Kerja	Kriteria Keberterimaan	Hasil	Status*		Keterangan	Paraf	
				Memenuhi	Tidak Memenuhi		PJ Instrumen	Teknisi
1.	Pembersihan Saringan Fase Gerak dan *Check Valve* (CV)/Katup Searah							
2.	*Priming System*							
3.	Pengecekan Pompa :							
	Delta Psi (ΔPsi)	< 2,5% dari tekanan maksimal (3311 Psi)						
	Compression/Decompression (CD) *Ratio*	< 1,8						
4.	Tes *Flow Rate :* 1 mL/min	10 menit ± 18 detik						
5.	Lama Pemakaian Lampu	< 2000 jam						
6.	Akurasi Panjang Gelombang	256 ± 1,5 nm 378,914 ± 1,5 nm 486,14 ± 1,5 nm						
7.	Tes Verifikasi	≤ 1,0% RSD Area						
Kendala (jika ada) :								

*Isi dengan tanda (√)