

	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA	INSTRUKSI KERJA LU-IKA 08.2	Tgl : 30-07-2021 Ed : 03 Rev : 02 Hal : 1 dari 1
		Prosedur Pengoperasian SENTRIFUGA LEGEND MARCH 1.6 CENTRIFUGE	

A. Menyalakan Sentrifuga

1. Tombol **On/Off** ditekan untuk menyalakan *Sentrifuga* (Layar pada Sentrifuga akan menyala).
2. Layar ditunggu hingga menunjukkan **0.0**.

B. Menggunakan Sentrifuga

1. Tombol siklus/putaran proses diatur hingga angka pada layar sesuai dengan siklus yang dibutuhkan proses.
2. Tombol pemutar kecepatan diatur hingga angka pada layar sesuai dengan yang diinginkan.
3. Tombol pemutar *timer*/waktu diatur sesuai dengan waktu yang dibutuhkan proses.
4. Tombol  ditekan, hingga terdengar bunyi menunjukkan tutup sentrifuga luar terbuka.
5. Tutup bagian dalam tabung sentrifuga dibuka.
6. Sampel yang telah disiapkan di dalam tabung tertutup diletakkan di dalam wadah sentrifuga dengan posisi saling berhadapan (harus seimbang volume antara tabung yang saling berhadapan).
7. Tutup bagian dalam sentrifuga.
8. Tutup luar sentrifuga ditutup dengan menekan tutup hingga terdengar bunyi yang menunjukkan tutup luar sentrifuga tertutup.
9. Tekan Start (▶) proses ditunggu hingga proses selesai, ditandai dengan angka pada layar menunjukkan **0.0**.

C. Mematikan Sentrifuga

Tombol **On/Off** ditekan (layar akan mati).

MASTER

Pusat Laboratorium Narkotika BNN

Dibuat oleh :
Operator
Laboratorium



Diperiksa oleh :
Analisis
Laboratorium



Disahkan oleh :
Penata Laboratorium
Narkotika Ahli Muda

